

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych
w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500, fax 012 44-67-501
<http://zol-krakow.com.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ DWÓCH
PODNOŚNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Z WAGĄ MEDYCZNĄ ORAZ JEDNEJ STEROWANEJ
ELEKTRONICZNIE WANNY PRYSZNICOWEJ
O ZNAKU DAO4-230-04/19**

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na dostawę dwóch podnośników elektrycznych z wagą medyczną oraz jednej sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej:

Pytanie nr 1 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia: minimalne położenie ramy do której mocowane są nosidła min. 25 cm (+- 5cm), maksymalne położenie min. 150 cm (+- 5cm)? Zakres podnoszenia 122,7cm, umożliwi zarówno podniesienie pacjenta z podłogi, krzesła, wózka jak i położenie pacjenta na wyższym łóżku.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany zakres podnoszenia.

Pytanie nr 2 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w zakresie: 75,5 cm - 137,1 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 3 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła: kąpielową i uniwersalną (transportową), wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny poliestrowej, z możliwością zdejmowania, w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w rozmiarze określonym przez Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny poliestrowej.



ISO 9001:2008

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych
w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500, fax 012 44-67-501
<http://zol-krakow.com.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie nr 4 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na poziomie 182 kg?”

Odpowiedź:

Zamawiający bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na proponowanym poziomie.

Pytanie nr 5 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną, klasy III, z wyświetlaczem cyfrowym (udźwig w zakresie od 2-200kg przy SWL 182kg)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną z proponowanym udźwigiem.

Pytanie nr 6 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści wymiary wanny: możliwość trzystopniowej regulacji długości: 185-190-195 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wannę o proponowanych wymiarach.

Pytanie nr 7 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 57-87 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 8 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym (głowa u góry) która nie jest pełną pozycją anty-trendelenburga? Pełna pozycja anty-Trendelenburga to minimum 12 stopni przechyłu”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym.

Pytanie nr 9 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 4 kółka jezdne z indywidualną blokadą każdego



ISO 9001:2008

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych
w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500, fax 012 44-67-501
<http://zol-krakow.com.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
koła, bez centralnej blokady kół?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wannę prysznicową z zaproponowanym rozwiązaniem jezdnym.

Pytanie nr 10 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny z możliwością rozstawu podstawy jezdnej w zakresie 67 – 106,5 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganych i pozwala na swobodne przemieszczanie podnośnika nawet w wąskich przejściach i pomieszczeniach”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny z możliwością rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 11 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny o maksymalnym obciążeniu podnośnika 230 kg? Parametr ten jest lepszy od wymaganego i pozwala na szerszy zakres zastosowań”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny o proponowanym maksymalnym obciążeniu.

Pytanie nr 12 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 510-910 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 13 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.)

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z obciążeniem maksymalnym 200 kg? Parametr ten jest lepszy od wymaganego.”

Odpowiedź:



ISO 9001:2008

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielných
w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500, fax 012 44-67-501
http://zol-krakow.com.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z proponowanym obciążeniem maksymalnym.

Pytanie nr 14 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Prosimy o dopuszczenie podwieszki (nosidełka) wykonanego z poliestru, o udźwigu do 320 kg, z możliwością prania w 70°C”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podwieszki (nosidełka) o proponowanym parametrach.

Pytanie nr 15 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Prosimy o dopuszczenie wagi niebędącej wyrobem medycznym, oznakowanej znakiem CE, wyposażonej w cyfrowy wyświetlacz, z udźwigiem do 300 kg oraz dokładnością do 100 g”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wagę niebędącą wyrobem medycznym o proponowanych parametrach.

Pytanie nr 16 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 180 kg. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o:

dot. pkt. 5 – dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 620 do 1800 mm (wysokość ramienia), z możliwością podniesienia pacjenta z poziomu podłogi

dot. pkt. 7 – dopuszczenie podnośnika z możliwością elektrycznej regulacji podstawy w zakresie 650 - 1070 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym udźwigu i z możliwością elektrycznej regulacji podstawy w proponowanym zakresie, natomiast nie dopuści proponowanego zakresu podnoszenia.

Pytanie nr 17 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 300 kg. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o:

dot. pkt. 5 – dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 660 do 1820 mm (wysokość ramienia), z możliwością podniesienia pacjenta z poziomu podłogi

dot. pkt. 7 – dopuszczenie podnośnika z możliwością elektrycznej regulacji podstawy w zakresie 700 - 1050 mm”



ISO 9001:2008

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych
w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 44-67-500, fax 012 44-67-501
<http://zol-krakow.com.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym udźwigu i z możliwością elektrycznej regulacji podstawy w proponowanym zakresie, natomiast nie dopuści proponowanego zakresu podnoszenia.

Pytanie nr 18 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający w pozycji 5 opisu, pisząc Zakres podnoszenia:

Minimalne położenie: 20 – 45 cm

Maksymalne podnoszenie: 150 – 185 cm

pisze o położeniu ramienia, czy podwieszki?.

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 5 opisu pisze o położeniu ramienia.

Pytanie nr 19 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający w pozycji nr 7 opisu dopuści podnośnik, gdzie możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 55,4 – 94,5 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podnośnik o możliwości regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 20 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.)

„Czy Zamawiający w pozycji 8 opisu dopuści podnośnik, gdzie maksymalne obciążenie podnośnika: ≤ 175 kg”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym maksymalnym obciążeniu.



ISO 9001:2008