



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  
Przewlekle Niepełnosprawnych  
oraz Niesamodzielnych w Krakowie  
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501  
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA  
„DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO (6 SZT. PODNOŚNIKÓW)  
DO WSPOMAGANIA PRZEWOŻENIA PACJENTA” O ZNAKU DAO4-230-02/20**

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego (6 szt. podnośników) do wspomagania przewożenia pacjenta:

**Pytanie nr 1**

„Czy dopuszczą Państwo podnośnik o lepszym parametrze, tj. możliwym obciążeniu aż do 200 kg, przy następujących pozostałych parametrach technicznych:

Szerokość podstawy (podwozia), najwęższa pozycja: 650 mm

Szerokość podstawy (podwozia), najszersza pozycja: 1020 mm

Długość podstawy (podwozia): 1100 mm

Wysokość podstawy (standardowe kółka o średnicy 100 mm): 140 mm

Wysokość podnośnika: 1330 mm

Całkowita wysokość od ziemi / wierzchołek ramienia, najwyższa pozycja: 1940 mm

Całkowita wysokość od ziemi / wierzchołek ramienia, najniższa pozycja: 755 mm

Długość ramienia podnoszącego: 960 mm

Całkowita masa netto: 44,5 kg

Obciążenie robocze: 200 kg”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści podnośnika o proponowanym obciążeniu.

