Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 1 – rękawice nitrylowe i SIWZ pkt XVII.1. dla części nr 1)

„Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych według równoważnej europejskiej normy EN 374-2:2014 (potwierdzone raportem badań wystawionym przez jednostkę niezależną) zamiast PN EN ISO 374-2:2020-03 i przyznanie 30 punktów w ocenie jakościowej za ww. dokument."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe przebadane według równoważnej europejskiej normy EN 374-2:2014, co będzie skutkowało – przy potwierdzeniu raportem badań wystawionym przez jednostkę niezależną – przyznaniem 30 punktów w ocenie jakościowej.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 1 – rękawice nitrylowe)

„Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych według równoważnej europejskiej normy EN ISO 374-1:2016 zamiast PN EN ISO 374-1:2017-1?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe przebadane według równoważnej europejskiej normy EN ISO 374-1:2016.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem zakończonym gumką?"

Odpowiedź:

Tak.

CSQ ISO 9001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM