Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

Treść pytania:
Pytanie 1 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy)
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 fartucha jednorazowego, niejałowego, wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny 115 x 137 cm, wiązanego na troki, będącego wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą MDD 93/42/EWG?”

Odpowiedź:
Tak.

Treść pytania:
Pytanie 2 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna)
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 maski z trokami, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie masek z trokami. Zamawiający wymaga masek z gumkami na uszy.

Treść pytania:
Pytanie 3 (dot. część nr 4 – Kombinezon ochronny)
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych kombinezonów?
Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III w rozmiarze XL
Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z taśmą klejącą, elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, kolor biały. bez ochraniaczy na obuwie. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

Poziomy wydajności

EN 14605	*Typ 4*	*Działanie ochronne przed rozpyleniem*
EN ISO 13982-1	*Typ 5*	*Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu*
EN 13034	*Typ 6*	*Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości*

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2008 EN 14325:2004. Pakowany pojedynczo."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dot. część nr 2, poz. 1 – Fartuch flizelinowy)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z flizeliny w kolorze niebieskim z długimi rękawami długość do kolan?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dot. część nr 2, poz. 1 – Fartuch flizelinowy)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w rozmiarze L zbliżonym do uniwersalnego?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dot. część nr 2, poz. 1 – Fartuch flizelinowy)

„Czy Zamawiający wyrazi zgode na odpuszczenie wymogu spełniania norm PN -EN 14126 2005 lub 14126:2003 14126:2003/AC;2004?"

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia spełnienia przez oferowany fartuch wymagań normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004 i dokona stosownej

modyfikacji kryteriów oceny ofert w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dot. część nr 4, poz. 1 – Kombinezon ochronny)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów ochronnych wykonanych z polipropylenu i polietylenu typ 5 i 6 stosowany w największych Polskich Szpitalach?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dot. część nr 4, poz. 1 – Kombinezon ochronny)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów z rękawami zakończonymi gumką?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 9 (dot. część nr 7, poz. 1 – Czepki ochronne)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka o gramaturze 10g/m2?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czepka o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2.

Treść pytania:

Pytanie 10 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 11 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań."

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 20 szt. ze stosownym przeliczeniem.

Treść pytania:

Pytanie 12 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 13 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści fartuch o podanych wymiarach.

Treść pytania:

Pytanie 14 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści fartuch z proponowanym certyfikatem.

Treść pytania:

Pytanie 15 (dot. część nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 16 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna)

„Czy zamawiający dopuści i wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 17 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna)

„Czy zamawiający wymaga maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 18 (dot. część nr 3 – Maska chirurgiczna)

„Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. ze stosownym przeliczeniem, z proponowanym sposobem pakowania.

Treść pytania:

Pytanie 19 (dotyczy Części nr 2 – Fartuch flizelinowy)

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN 14126:2005 lub równoważnej. Norma ta opisuje odzież ochronną, ale tyczy się w szczególności kombinezonów ochronnych bądź fartuchów sterylnych wykonanych np. z włókniny SMS. Fartuchy niejałowe, opisane przez Zamawiającego na polskim rynku nie posiadają badań na potwierdzenie w/w normy."

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia spełnienia przez oferowany fartuch wymagań normy PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004 i dokona stosownej modyfikacji kryteriów oceny ofert w przedmiotowej części, która będzie dostępna od dnia dzisiejszego na stronie Zamawiającego.