Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 15/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego.

Treść pytania:

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 12 – Stacje dezynfekujące)

„Czy Zamawiający dopuści stacje dezynfekujące o poniższych parametrach?
Stojak do automatycznego, bezdotykowego dozowania płynów dezynfekujących
Konstrukcja stalowa: profil 20x20 mm
Zintegrowany pojemnik na płyn - możliwość uzupełnienia płynem do 5 litrów
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
Wymiary:
Wysokość: 130 cm
Szerokość 33 cm
Głębokość: 30 cm
Przeznaczony do miejsc publicznych.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stacje dezynfekcyjne o poniższych parametrach, za wyjątkiem parametru wysokości.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 11 – Aparat do dekontaminacji)

„Proszę o informację zwrotną w temacie wielkości pomieszczeń. Będę wdzięczna za informacje jakiej wielkości m3 są pomieszczenia oraz ile osób w nich przebywa. Dzięki tej informacji precyzyjnie dobiorę urządzenie.”

Odpowiedź:

W pomieszczeniach, gdzie będzie używany aparat do dekontaminacji przebywa od 1 do 5 pacjentów.
W kwestii wielkości pomieszczeń, Zamawiający wymaga urządzenia, które będzie dezynfekowało pomieszczenia o wielkości do 100 m3, a docelowo mogło dezynfekować powierzchnię do 1000 m3.

ISO 9001

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 3 – Maska chirurgiczna)

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej wykonanej z cztero-warstwowej włókniny? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy Zmawiający będzie wymagał w postępowaniu materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia)?

Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu umożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3)."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z komorami z proponowaną funkcją.

Treść pytania:

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy Zamawiający dopuści pompę w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pompę w cyklu o proponowanym regulowanym czasie.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg)? Parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pompę ultra-niskociśnieniową zasilająca.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy Zamawiający dopuści materac o całkowitej wysokości 16-21 cm, komory pneumatyczne

ISO 9001

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

materaca 10-13 cm wraz z zintegrowanym wkładem gąbkowym 6 cm, kładziony bezpośrednio na łóżko szpitalne?
Wskazujemy, że są to rozwiązania stosowane powszechnie od wielu lat w materacach przeciwodleżynowych takiej budowie tj. z komorami pneumatycznymi wraz z podkładem gąbkowym. Z zapisów Ustawy o Wyrobach Medycznych wynika, że każdy sprzęt musi być zarejestrowany w URPLiWM oraz musi być bezpieczny, nad to obowiązują, w przypadku wykrycia niezgodności określone są obowiązkowe procedury dot. zgłoszeń niezgodności."

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści materaca z zintegrowanym wkładem gąbkowym.

Treść pytania:
Pytanie 8 (dotyczy Części nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)
„Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?
Wskazujemy, że większość Oferentów potwierdza Zamawiającym, ognioodporność swoich pokrowców, a w rzeczywistości nigdy nie były przebadane w tym kierunku. Dlatego w związku z bezpieczeństwem pacjentów prosimy o wprowadzenie wymogu przez Zamawiającego ognioodporności pokrowca, które powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego."

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga – zgodnie z opisem – ognioodporności w zakresie pokrowca materaca, ale nie wymaga potwierdzenia badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego.

Treść pytania:
Pytanie 9 (dotyczy Części nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)
„Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?
Wyjaśniamy, materac posiadający automatyczne szybkozłączki komór umożliwia wypięcie komory/ komór bezpośrednio spod odleżyny pacjenta, nie zakłócając jednocześnie pracy całego systemu."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z proponowanymi tzw. automatycznymi szybkozłączkami.

ISO 9001

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść pytania:

Pytanie 10 (dotyczy Części nr 15 – Materace przeciwodleżynowe)

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?

Wskazujemy, że filtr oczyszcza powietrze zasysane do pompy, co jednoznacznie wydłuża pracę systemu do kilkunastu lat."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści aby pompa zasilająca materac posiadała zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza.