Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 16/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na Dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia (nr 2).

Treść pytania:

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 7, poz. 1 – Ssaki i inhalatory)

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka zasilanego elektrycznie ≥ 230V, ≥ 50/60Hz. Pompa próżniowa wytwarzająca podciśnienie. Maksymalna głośność urządzenia poniżej 55-65 dB, przepływ osiągany 30 dm3/min, podciśnienie maksymalne osiągane ≥ 80 kPa. Ssak wyposażony w dwie butle z nietłukącego tworzywa o pojemność butli roboczej 1 dm3 z pokrywą i uszczelką do każdej butli, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na dobę. Ssak posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. Przewód zasilający ≥ 1 metr. Obudowa wykonana z ABS."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 5, poz. 1 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania pacjenta oraz rolki do transportu)

„Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje płyty ślizgowej, która ma udźwig w przedziale między 120 a 200 kg, czy też minimum 200 kg?"

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje płyty ślizgowej, która ma udźwig w przedziale 120-200 kg.

Treść pytania:

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 10, poz. 1 – Aparaty i urządzenia do terapii)

„Czy Zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:
Aparat dwukanałowy do magnetoterapii polem magnetycznym generowanym poprzez aplikatory szpulowe,

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

- możliwość pracy ciągłej i modulowanej,
- różne tryby pracy pola magnetycznego, w tym: typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt,
- maksymalna wartość zmiany indukcji dla aplikatora 60 cm - 12 mT, dla aplikatora 35 cm
- 24 mT,
- zegar zabiegowy 1 – 30 min. lub 60 min.,
- wbudowane programy zabiegowe minimum 50,
- aplikatory szpulowe 350 mm (2 szt.), 600 mm (2 szt.), leżanka aluminiowa z prowadnicą aplikatora szpulowego, stolik pod aparat, stolik pod aplikatory."

Odpowiedź:
Tak.

Treść pytania:
Pytanie 4 (dotyczy Części nr 11, poz. 3 – Urządzenia do hydroterapii)
„Czy Zamawiający dopuści wannę o następujących parametrach:
Wanna do hydromasażu do wykonywania masażu podwodnego całego ciała za pomocą 11 – 24 dysz.
Pojemność zabiegowa 200 litrów. Czas napełnienia: 3,5 – 6 minut.
Czas spustu: 3 – 5 minut. Wymiary: 218 cm (długość), 80 cm (szerokość) i 88,5 – 90,5 cm (wysokość).
Wyposażenie standardowe: dwustopniowe schodki dla pacjenta ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny oraz poręcze wewnątrz wanny, elektroniczny panel sterujący.
Wanna wykonana z akrylu z powłoką antybakteryjną."

Odpowiedź:
Tak.

Treść pytania:
Pytanie 5 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym)
„Czy Zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:
Urządzenie do przerywanej kompresji pneumatycznej wielokomorowy (12-komorowy).
Możliwość pracy równocześnie na 1 lub 2, lub 3 mankietach.
Stopniowane ciśnienie.
Indywidualna regulacja ciśnienia.
Wyłącznik dla pacjenta (pilot przewodowy).
Regulacja ciśnienia w zakresie 0-120 mm Hg. Zasilanie 230V. Waga <9 kg.
W komplecie z mankietami na kończyny dolne i górne (po 2 szt.).

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Wzajemnie nakładające się komory powietrza w mankietach."

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym)

„Czy mankiety na kończyny dolne mają zawierać elementy poszerzające z komorą powietrzną, umożliwiające powiększenie obwodu mankietów o co najmniej 12 cm?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym)

„Czy mankiety na kończyny dolne mają zawierać pas biodrowy z komorą powietrzną obejmującą obszar pachwiny?"

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 8 (dotyczy Części nr 12, poz. 3 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym)

„Czy Zamawiający dopuści stół o następujących parametrach:

Stół/łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją.

Wymiary: 200-205 (długość), 60- 65 cm (szerokość).

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 48-100 cm. Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -70° do +40°.

System jezdny z 4 kółkami. Dopuszczalne obciążenie 150-200 kg.

W komplecie z pasem stabilizującym i wieszakiem na podkłady higieniczne.

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym."

Odpowiedź:

Tak.