



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

Część nr 1 – Wózki inwalidzkie (CPV 33193000-9)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena brutto całości	Nazwa handlowa / Producent
1.	Wózek inwalidzki	Wózek o konstrukcji krzyżakowej, składany, pokryty chromem, - posiada koła pełne bezdętkowe, - demontowane podnóżki i odchylane boki, - tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią. - posiadający podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy. - szerokość siedziska 44-46 cm, udźwig \geq 120 kg	... ¹			
				RAZEM		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy

¹ Należy wskazać ilość wózków inwalidzkich zaoferowaną w załączniku nr 1 do Ogłoszenia





Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekłe Niepełnosprawnych
oraz Niezależnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Część nr 2 – Materace przeciwodłęzynowe (CPV 39143112-4)

Lp.	Nazwa towaru	Opis + wymiar	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena brutto całości	Nazwa handlowa / Producent
1.	Materac przeciwodłęzynowy, zmiennociśnieniowy do leczenia odleżyn wszystkich stopni	Materac przeciwodłęzynowy, zmiennociśnieniowy, z poprzecznych komór powietrznych (min. 18) z poliuretanu (możliwość wymiany pojedynczych komór), o wymiarach: 16-21 cm (wysokość), 196-206 cm (długość) i 80-86 cm (szerokość):- możliwość zastosowania bezpośrednio na łóżko szpitalne, - zawór CPR, - czytelny panel sterowania ze wskaźnikami sygnalizującymi m.in.: pracę materaca, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową), - minimum 2 tryby pracy: zmienny lub statyczny, - pompa z elektroniczną regulacją ciśnienia o zasilaniu 230V 50-60 Hz i poborze mocy 8-12W, wydajność <6 l/min, czas cyklu w trybie zmiennociśnieniowym 10-20 min, z zakresem ciśnienia 25-70 mm Hg, - maksymalne obciążenie min. 190-200 kg. Materac pokryty pokrowcem (na zamki błyskawiczne), paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym płynów, wykonanym z dzianiny poliestrowej z poliuretanem, odpornym na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych, ognioodporny	² ...			
				RAZEM		X

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy

² Należy wskazać ilość materacy przeciwodłęzynowych zaoferowaną w załączniku nr 1 do Ogłoszenia

