PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 6/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie materacy przeciwodleżynowych (nr 2).

Treść pytania:

Pytanie 1

„Czy zamawiający, mając na uwadze obecną sytuacje pandemii, będzie wymagał by pokrowiec materaca miał możliwości skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

Pytanie 2

„Czy zamawiający dopuści niezasilany prądem materac hybrydowy z redystrybucją nacisku i technologią SAT (Self Adjusting Technology™) oraz Mattress Replacement System (MRS) pomagający w maksymalnej dystrybucji masy ciała i zmniejszający nacisk na tkanki poprzez automatyczne dostosowanie ciśnienia wewnątrz komór do ruchów ciała?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.

Treść pytania:

Pytanie 3

„Czy zamawiający dopuści materac samoregulujący, automatycznie dostosowujący się do wagi i kształtu ciała pacjenta, bez pompy, nie wymagający podłączenia do prądu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.

Treść pytania:

Pytanie 4

„Czy zamawiający dopuści materac o maksymalnym obciążeniu 227 kg?”

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,
Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 12 44-67-500 fax 12 44-67-501
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane maksymalne obciążenie.

Treść pytania:

Pytanie 5

„Czy zamawiający dopuści materac o obniżonej sekcja pięt z pianki wiskoelastycznej umożliwiająca minimalizację ucisku?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.

Treść pytania:

Pytanie 6

„Czy zamawiający dopuści materac zbudowany z pianki wyposażony w 9 ułożonych poprzecznie komór powietrznych dla redystrybucji nacisku oraz poprawy komfortu pacjenta?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.

Treść pytania:

Pytanie 7

„Czy zamawiający dopuści materac o wymiarach: długość materaca 202 cm, szerokość 88 cm, wysokość 17,5 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane wymiary materaca.

Treść pytania:

Pytanie 8

„Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem higienicznym, paroprzepuszczalnym, nieuczulającym, zawierającym oznaczenia dla użytkownika (kierunek, instrukcja czyszczenia, CE itd.)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.

Treść pytania:

Pytanie 9

„Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem wyposażonym w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.

Treść pytania:

Pytanie 10

„Czy Zamawiający zgodzi się na zakres ciśnienia materacy w pompie 14-62 mmHg?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.

Treść pytania:

Pytanie 11

„Czy Zamawiający zgodzi się na pobór mocy pompy 15W w materacach?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany materac.