



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-17/16

Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę szafek przyłóżkowych i materacy gąbkowych”

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na „dostawę szafek przyłóżkowych i materacy gąbkowych”

Treść:

Pytanie dot. części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy materac, który nie posiada zamka oraz pokrowca wymagającego prania. Nasze produkty posiadają opatentowany filtr wentylujący pacjenta i korzystnie wpływający na mikroklimat wokół pacjenta? Materac wyposażony w szczelne poszycie zabezpieczające przed przedostawaniem się mikroorganizmów do wnętrza, odporny na uszkodzenia, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, ze zgrzewanymi szwami, redukujący działanie sił tarcia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, oznaczony certyfikatem CE, wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EW.

Produkt jest bardzo ekonomiczny ponieważ materiał jest zmywalny i nie wymaga prania ani czyszczenia w pralni wystarczy tylko zdezynfekować materac ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji i produkt jest ponownie gotowa do użytku?

Nasze produkty zapewniają dużą oszczędność finansową i czasową związaną z korzystaniem usług pralni (nie trzeba przewozić pokrowców i oczekiwać na jej zwrot z pralni – często w różnym stanie).”

Odpowiedź:

Tak.

Treść:

Pytanie dot. części nr 2

„Proszę aby Zamawiający wyjaśnił czy w pkt. 5 pod pojęciem Twardość gąbki >T30 ma na myśli gęstość pianki 30 kg/m³?”

Odpowiedź:

Tak.



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Treść:

Pytanie dot. części nr 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac z pianki trudnopalnej?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść:

Pytanie dot. części nr 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pokrowiec na materace posiadał właściwości: odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść:

Pytanie dot. części nr 2

„Czy Zamawiający wymagając materiału odpornego na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych miał na myśli materiał, z którego wykonany jest pokrowiec paro-przepuszczalny?”

Odpowiedź:

Tak.



ISO 9001:2008