



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-20/16**

### **Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę aparatu USG”**

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na „dostawę aparatu USG”

#### **Treść pytania:**

*„Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanej firmy z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 4-12 MHz i szerokości czoła 51,3 mm i 192 elementach doskonałej do badań piersi, układu naczyniowo-mózgowego, medycyna ratunkowej, układu mięśniowo -szkieletowego, ortopedycznych, naczyń obwodowych, małych organów, jąder, tarczycy, żył?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści aparat z głowicą liniową ze wskazanym zakresem częstotliwości. Wskazana ilość elementów odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuści wskazanej wartości szerokości czoła.

#### **Treść pytania:**

*„Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanej firmy z maksymalną prędkością dla Dopplera pulsacyjnego 7 m/s?”*

#### **Odpowiedź:**

Nie.

#### **Treść pytania:**

*„Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanej firmy o wadze 75 kg?”*

#### **Odpowiedź:**

Nie.

#### **Treść pytania:**

*„Dot. Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia część I pkt. 6. Czy Zamawiający dopuszcza panel sterowania bez możliwości obrotu i zmiany wysokości?”*



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

„Dot. Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia część I pkt.7 Czy Zamawiający dopuszcza panel dotykowy 8”?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

„Dot. Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia część I pkt. 13. Czy Zamawiający dopuszcza aparat usg z archiwizacją sekwencji filmowych na dysku twardym tylko po zamrożeniu (petli CINE) ale bez archiwizacji w czasie badania (równoległe nagrywanie)?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

„Dot. Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia część II pkt.4. Czy zamawiający dopuszcza aparat usg bez obrazowania rombowego?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

„Dot. Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia część VI pkt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza aparat usg bez możliwości rozbudowy o obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min.9 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi)?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, I. Konstrukcja i konfiguracja lp.2. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny o wadze bez głowic i urządzeń peryferyjnych do 80 kg?”



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, I. Konstrukcja i konfiguracja lp.5 i 6. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z możliwością regulacji wysokości oraz obrotu panelu sterowania wraz z monitorem?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, II. Obrazowanie i prezentacja obrazu lp.5. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z zakresem dynamiki od 145-290dB?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, II. Obrazowanie i prezentacja obrazu lp.8. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez obrazowania typu „full screen”??”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, II. Obrazowanie i prezentacja obrazu lp.9. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez zoomu na obrazach zatrzymanych?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, II. Obrazowanie i prezentacja obrazu lp.10. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez możliwości regulacji wzmocnienia na obrazach zamrożonych?”



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

*„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, II. Obrazowanie i prezentacja obrazu lp.22. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez oprogramowania wygładzającego szumy – obraz podobny do obrazu MR ?”*

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

*„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, IV. Głowice ultradźwiękowe lp.2a. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z głowicą konweks o zakresie pracy od 3 MHz?”*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

*„Dotyczy załącznik nr 2 do ogłoszenia, VI. Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert owe lp.1. Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o obrazowanie tomograficzne?”*

**Odpowiedź:**

Tak.



ISO 9001:2008