



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

## FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

**Wózek kąpielowy-sanitarny przeznaczony do mycia osób niepełnosprawnych  
w pozycji siedzącej (3 szt.)**

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Zakres ruchu siedziska w pionie: maksymalne położenie 85 - 105 cm, minimalne położenie 30 - 60 cm	Tak, podać	
6.	Wysokość podwozia od podłogi 5 - 25 cm	Tak, podać	
7.	Całkowita szerokość krzeselka 65 - 90 cm	Tak, podać	
8.	Maksymalna całkowita wysokość podnośnika 150 - 170 cm	Tak, podać	
9.	Maksymalne obciążenie podnośnika $\geq 150$ kg	Tak, podać	
10.	Hydraulicznie regulowana wysokość	Tak	
11.	Podnoszone poręcze boczne	Tak	
12.	Oparcie umieszczone na jednej poręczy bocznej z możliwością przełożenia na drugą	Tak	
13.	Rama jezdna/podwozie zaopatrzone w cztery kółka, w tym dwa z hamulcami	Tak	
14.	Wypożyczenie podnośnika: <ul style="list-style-type: none"><li>• siłownik hydrauliczny,</li><li>• pas bezpieczeństwa zabezpieczający przed upadkiem pacjenta,</li><li>• dwuczęściowe siedzisko toaletowe wykonane z polipropylenu, z możliwością zdejmowania w celach higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji</li></ul>	Tak	



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Uwagi:**

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej opisanych parametrów, brak wartości lub opisu w kolumnie „parametry oferowane”, będzie traktowane, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji i spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego rozpatrywania.

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe zawierające dane techniczne oraz ilustrowane foldery producenta, sporządzone w języku polskim.

**UWAGA: w przypadku składania przez Wykonawcę ofert na konkretne pakiety należy dołączyć do oferty całość załącznika nr 2 do Ogłoszenia przekreślając te pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.**



ISO 9001:2008