



Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 5/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Lecniczego w Krakowie wyborów medycznych i innego sprzętu medycznego.

Treść pytania:

„Pytanie nr 1, dotyczy pakiet 5, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,10 mm \pm 0,01mm?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Pytanie nr 2, dotyczy pakiet 5, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5?”

Odpowiedź:

Nie.

Treść pytania:

„Pytanie nr 3, dotyczy pakiet 5, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością dołączyć badania przeprowadzone przez jednostkę niezależną oraz deklarację wystawioną przez producenta?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Pytanie nr 4, dotyczy pakiet 5, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Pytanie nr 5, dotyczy pakiet 5, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczenie ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Pytanie nr 6, dotyczy pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością dołączyć badania przeprowadzone przez jednostkę niezależną oraz deklarację wystawioną przez producenta?”

Odpowiedź:

Tak.

Treść pytania:

„Pytanie nr 7, dotyczy pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic oznakowanych jedynie jako wyrób medyczny, przy zachowanych pozostałych parametrach?”

Odpowiedź:

Nie.