



Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU  
ZP 5/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Lecniczego w Krakowie wyborów medycznych i innego sprzętu medycznego.

**Treść pytania:**

„Pytanie nr 8

*Dotyczy Części nr 2 poz. 25, 29*

*Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.*

*Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?"*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były pozbawione ftalanów i nie wymaga przy tym oświadczenia Producenta oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.

**Treść pytania:**

„Pytanie nr 16

*Dotyczy Części nr 5 poz. 1, 2, 3*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, teksturowanych na palcach, spełniających normy ASTM F 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczonych na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1,0, grubość: dłoń w mm  $0,7 \pm 0,01$  czubki palców mm  $0,10 \pm 0,01$  rękaw mm  $0,06 \pm 0,01$ "*

**Odpowiedź:**

Tak.



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

„Pytanie nr 17

*Dotyczy Część nr 5 poz. 1, 2, 3*

*Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia certyfikatu jednostki niezależnej potwierdzającego dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Oferowane rękawice dopuszczone są do kontaktu z żywnością, co potwierdza umieszczony na opakowaniu piktogram "*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem załączenia deklaracji producenta o dopuszczeniu oferowanych produktów do kontaktu z żywnością lub raportów z badań wydanych przez notyfikowaną jednostkę niezależną.