



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

.....
/pieczęć adresowa firmy/

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Łóżka szpitalne			
Lp.	PARAMETR/ WARUNEK	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny)	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o konstrukcji pantografowej podpierającej leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża	Tak, podać ilość punktów	
6.	Sterowanie elektryczne za pomocą pilota, wykonanego w całości z tworzywa sztucznego, co najmniej 8 – funkcyjnego, z możliwością blokady za pomocą kluczyka,	Tak, podać ile funkcji i jakie	
7.	Pilot wyposażony w diody LED informujące m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej i o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota	Tak, podać	
8.	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo	Tak	
9.	Szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa typu ABS w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej (odcień żółty według systemu oznaczenia barw RAL)	Tak	
10.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2170 mm (+/- 30 mm) - szerokość całkowita: 970 mm (+/- 30 mm)	Tak, podać	
11.	Wymiary leża: - szerokość: 900 mm (+/- 10 mm) - długość: 2000 mm (+/- 10 mm)	Tak, podać	
12.	Leże 4-segmentowe regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych	Tak	



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

13.	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 350 – 810 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
14.	Regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, uda i podudzia za pomocą pilota	Tak	
15.	Opuszczane barierki boczne na całej długości leża (rozwiązanie dopuszczalne: barierki boczne na ¾ długości leża, a na ¼ specjalistyczne protektory)	Tak	
16.	Zabezpieczenie barierki bocznych przed przypadkowym opuszczeniem	Tak	
17.	Kąt przechyłu Trendelenburga minimum 0 - 15 °	Tak, podać	
18.	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga minimum 0 - 18 °	Tak, podać	
19.	Kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 75° (±5°)	Tak, podać	
20.	Kąt regulacji oparcia uda w zakresie do 40° (±10°)	Tak, podać	
21.	Część podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego	Tak	
22.	Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud	Tak	
23.	Łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 125 mm (+/- 10 mm) z blokadą	Tak, podać średnicę	
24.	Bezpieczne obciążenie robocze 200 - 250 kg	Tak, podać	
25.	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak, podać	
Wyposażenie łóżka szpitalnego			
I	Wysięgnik/Uchwyt ręki o regulowanej długości	Tak	
II	Materac gąbkowy:		
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

3.	Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny)	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Długość: 200 (± 5 cm) – do łóżka wersja nr 1 – “90”	Tak, podać	
6.	Szerokość: 90 (± 10 cm) – do łóżka wersja nr 1 – “90”	Tak, podać	
7.	Twardość gąbki > T25	Tak, podać	
8.	Grubość 8 – 10 cm	Tak, podać	
9.	Materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny)	Tak	
10.	Materiał z pianki niepalnej odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych	Tak	
III	Szafka przyłóżkowa:		
1.	Wytwórca (Producent)	Tak, podać	
2.	Nazwa i typ	Tak, podać	
3.	Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny)	Tak, podać	
4.	Rok produkcji	Tak, podać	
5.	Szafka dwustronna z blatem bocznym z regulowaną wysokością (wymiar zakresu: 80 cm x 120 cm) za pomocą sprężyny gazowej	Tak, podać	
6.	Blat boczny z możliwością regulacji kąta pochyleń z ogranicznikiem wykonanym z tworzywa	Tak	
7.	Szafka złożona z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 - między górną szufladą i wysuwany kontenerem i 2 - pod wysuwany kontenerem np. na buty) i wysuwanego kontenera	Tak	
8.	Szafka wyposażona w minimum cztery kółka, w tym dwa z hamulcem	Tak, podać ilość	
9.	Szafka wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo z	Tak	



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

	elementami z tworzywa typu HPL (szuflady i kontener), w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem łóżka. Fronty szafki w odcieniu żółtym według systemu oznaczeniu barw RAL		
10.	Wysokość szafki 72 – 82 cm	Tak, podać	
11.	Szerokość szafki 39 – 49 cm	Tak, podać	
12.	Długość szafki 49 – 59 cm	Tak, podać	
13.	Wymiar regulowanego blatu bocznego 55 – 65 cm x 35 – 45 cm	Tak, podać	

.....
/ Miejscowość i data/

.....
/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy/



ISO 9001:2008