



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

.....
/pieczęć adresowa firmy/

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Nazwa	Opis	Nazwa oferowanego produktu
1	Materac przeciwodłęzynowy	<p>Materac przeciwodłęzynowy przeznaczony do opieki długoterminowej z systemem komór wewnętrznych (rury) o regulowanej twardości, o wymiarach 110 mm (+- 50 mm) 850 mm (+-100 mm) x 1900 mm (+-100 mm):</p> <ul style="list-style-type: none">- zawór CPR,- system mikrowentylacji,- pompa o zasilaniu 220V/230V 50Hz/60Hz i poborze mocy 6-7W, wydajność <9 l/min, czas pełnego cyklu 9-12 min, z zakresem ciśnienia 40 – 100 mm Hg, mechaniczny filtr powietrza,- maksymalne obciążenie ≤ 150 kg. <p>Materac pokryty materiałem nieprzemakalnym, paro- przepuszczalnym (pokrowiec nylonowy / PU), materiał odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych</p>	

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe zawierające dane techniczne oraz ilustrowane foldery producenta, sporządzone w języku polskim.

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Upelnomocnieni przedstawiciela Wykonawcy/



ISO 9001:2008