



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
NA DOSTAWĘ MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH ZA KWOTĘ NIE WIĘKSZĄ NIŻ
34.500 ZŁ BRUTTO O ZNAKU DAO4-350-02/18**

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na dostawę materacy przeciwodleżynowych za kwotę nie większą niż 34.500 zł brutto:

Pytanie nr 1

„Prosimy o odstąpienie od systemu mikrowentylacji w przypadku zaoferowania pokrowca o wysokiej przepuszczalności pary wodnej na poziomie 600g/m²/24h, który zapewnia ochronę skóry przed maceracją”.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od systemu mikrowentylacji w przypadku zaoferowania pokrowca o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o podanych parametrach.

Pytanie nr 2

„Prosimy o dopuszczenie regulacji ciśnienia w zakresie od 20 mmHg (±10) do 60 mmHg (±20)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści proponowanej regulacji ciśnienia.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby komory materaca były wykonane z poliuretanu co zapewnia długoletnie użytkowanie, czy też z PCV który przeznaczony jest do użytku krótkoterminowego?”.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje komór materaca wykonanych z nylonu i PCV.



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Pytanie nr 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o parametrach:”

Materac zmiennociśnieniowy - rurowy do III stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP.

ASX - wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie. Poszczególne komory wykonane z nylonu / PU , z których osiem jest mikro-perforowana. Pokrowiec jest bi-elastyczny, wykonany z PU zamykany na zamek błyskawiczny. Ponadto, wyposażony w podwójne dno , które pozwala wstawienie materaca tzw. bazowego z pianki do 5 cm grubej. Funkcja ta chroni materac gąbkowy przed materac przed zabrudzeniem.

POMPA

- Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H).
- Waga: ca. 3 kg.
- Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwyty do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze.
- Zmienny cykl pracy (10 min).
- Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból.
- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych).
- Regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.

MATERAC

- Wymiary ~ 200 x 80/90 x 14 cm.
- Waga: ca. 5,6 kg.
- 18 komór, 3 statyczne komory głowy.
- Komory z mikroperforacją.
- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem(z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu).
- Zawór reanimacyjny CPR.
- Funkcja transportowa.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE

Komory :

- Wysokiej jakości Nylon/ TPU. Gwarantuje olbrzymią trwałość.
- Możliwość wymiany poszczególnych komór materaca,

Pokrowiec:

- Bi-elastyczny z poliuretanu PES.
- Oddychający zapinany na zamek błyskawiczny.
- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny z komorą na materac bazowy z pianki do 5 cm grubego.
- Max. Waga pacjenta: 140 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, aby w oferowanych materacach komory wykonane były z nylonu i PCV.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o parametrach: wymiary 90 x 12 x 200 cm:



ISO 9001:2008



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Jakość:

- Materac posiada wymienne komory (w standardzie 1 zapasowa)
- Łatwo dostępny bezpiecznik - prosta wymiana w przypadku uszkodzenia (1 zapasowy w standardzie)
- Wysoka elastyczność użytego materiału - odporny na rozerwanie (24 miesiące gwarancji)
- Każdy materac poddany jest 24 godzinnemu testowi zanim trafi do klienta
- Aluminiowy kompresor - 24 miesiące gwarancji

Dane techniczne:

- Aluminiowa pompa
- Wydajność 7-8 litrów na minutę
- Łatwa regulacja ciśnienia powietrza (70mmHg-123mmHg)
- Cicha praca pompy - poniżej 20 db
- zasilanie 220V/50-60 Hz
- Praktyczny wieszak na łóżko
- Materac 18 komorowy (podstawa Nylon/PCV/PU)
- Pokrowiec PU bi-elastyczny (posiada atest niepalności klasy 1M)
- Pokrowiec oddychający, wodoodporny, antybakteryjny, antygrzybiczny
- Pokrowiec można dezynfekować w autoklawie (do 134°C), prać w temp. do 95°C
- Praktyczne ułożenie komór A-B zwiększające efekt terapeutyczny
- Waga całkowita 5,3 kg (pompa 1,6 kg, materac 3,7 kg)
- Wymiary 200 X 90 X 12 cm
- Max. waga użytkownika - do 160 kg

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, aby w oferowanych materacach komory wykonane były z nylonu i PCV, a pokrowce z nylonu i PU.

Pytanie nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o parametrach:

Materac przeciwoleżynowy rurowy
Max. obciążenie podkładu: 145 kg.
Waga: 5,5 – 6,5 kg

Pompa
Zasilanie: 220V/50Hz, 7 W
Wydajność: 7-8 l/min.
70 – 130 mmHg
Czas cyklu: 6 min.

Podkład
Rozmiar: 200cm x 90cm x 11,5cm- 18 komór
Wentylowany
Materiał: nylon/PVC
Zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie
Okrycie na materac

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania materacy z czasem cyklu 9 – 12 minut.



ISO 9001:2008